

O F I C I O

S/REF:
N/REF: PS/JRI CM 369/2026
FECHA: 13/07/2026

Consejerías de Sanidad de las CCAA.
Punto de contacto de la Red de Alerta de
Productos Cosméticos.

ASUNTO: Transmisión de medidas

**Alerta AEMPS productos cosméticos, productos de cuidado
personal y biocidas de la AEMPS**

REFERENCIA AEMPS: PS/JRI CM 369/2026	Nº DE NOTA INFORMATIVA¹: ----	FECHA: 13/07/2026
NOTIFICACIÓN: ☐ Inicial ☐ Seguimiento Nº ☒ Final. Se incluye listado de distribución		ALERTA RAPEX²: NA
MARCA Y NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: TRISTEL FUSE FOR MEDICAL SURFACES		REGISTRO AEMPS: NA
LOTE: Todos		
RESPONSABLE DE PUESTA EN MERCADO: TRISTEL SOLUTIONS S.L Calle Maria de molina 41 CP 28006 (Madrid - ESPAÑA)		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DETECTADO: Se ha tenido conocimiento en el Departamento de Productos Sanitarios de la comercialización del producto TRISTEL FUSE FOR MEDICAL SURFACES comercializado como producto sanitario clase IIa. Sin embargo, entre las aplicaciones y usos del producto se indica desinfección de “superficies duras no porosas incluyendo suelos, paredes y puertas” Esta función sería propia de un producto biocida TP2. El producto se comercializa sin la correspondiente autorización para productos biocidas emitida por la AEMPS.		GRAVE: SI

¹ No todas las alertas darán lugar a nota informativa.

² Ver directrices para el intercambio de información sobre alertas europeas.

**INFORMACION SOBRE DISTRIBUCION:**

Se adjunta listado de distribución en el correo electrónico.

MEDIDAS ADOPTADAS:

- ☐ Medidas correctoras
- ☒ Medidas cautelares
 - Cesar la comercialización
 - Retirar del mercado las unidades distribuidas

ACTUACIONES A REALIZAR POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- ☐ Solo informativo, no difundir.
- ☒ Distribución/trasmisión de alerta, seguimiento de las medidas.
- ☐ Difusión de la nota informativa.

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

  **agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios**
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo. Carmen Ruiz-Villar Fernández-Bravo

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

Fecha de la firma: 13/07/2026

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>

CSV: QEK LQ6 QGD28XWENFZ95D



CORREO ELECTRÓNICO
sgps@aemps.es

Página 2 de 2

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Tel.: (+34) 918 225 274